RADIOMETER GMBH

RADIOMETER COPENHAGEN

RADIOMETER RSCH GMBH · Postfach 124 · 8800 Thalwil

«Spital»
«Anrede» «VN» «Name»
«Abt»
«Str»

«PLZ» «Ort»

RADIOMETER RSCH GMBH
Postfach 124
Zürcherstrasse 68
8800 Thalwil
Telefon: 044/723 38 60
Telefax: 044/723 38 65
www.radiometer.ch
info@radiometer.ch

UBS AG, 8810 Horgen
Konto-Nr. 0214-414285.01L

Geschäftsführer:
Lars Secher Knudsen,
Ernst Kaderli
Sitz der Gesellschaft: Thalwil

MwSt.-Nr./T.V.A.-No.: 406269

Ihre Zeichen/Nachricht vom *Votre réf. /Message de*	Unsere Zeichen *Notre réf.* EKA/BEG	Datum *Date* novembre 05

Communication

Consignes de sécurité concernant les analyseurs de la Série ABL700 et ABL800 FLEX

«Anrede»

Lors de la réalisation de mesures sur des échantillons de sang en capillaires, en particulier en ce qui concerne les nouveaux-nés, il existe un risque plus important que d'habitude que des caillots aboutissent dans le système de mesure de l'analyseur. Les manuels d'utilisation contiennent toute une série de recommandations qui servent à éviter, ou à réduire au maximum, le risque que des caillots n'aboutissent dans l'analyseur.

Un cas récent a cependant démontré que certains utilisateurs des analyseurs dans des services de néonatalogie ne semblent pas informés de ces recommandations figurant dans les manuels d'utilisation.

A travers cette communication concernant la sécurité, nous voulons attirer davantage encore votre attention sur les recommandations figurant dans les manuels d'utilisation. Elles concernent en particulier les points suivants :

Consulter les pages suivantes :
6-9, 6-10, 6-11 et 13-7 du manuel de l'opérateur de la Série ABL700 (édition 200506M)
12-10 et 12-11 du manuel de l'opérateur de l'ABL800 FLEX (édition 200501C) :

- Lors de la réalisation de mesures sur des échantillons de sang en capillaires, utiliser une baguette mélangeuse et un aimant pour s'assurer que l'échantillon est mélangé de manière adéquate et éviter ainsi des engorgements lors de l'introduction de l'échantillon. Celui-ci doit être mélangé immédiatement après avoir été prélevé en faisant aller et venir la baguette mélangeuse 20 fois sur toute la longueur du capillaire à l'aide de l'aimant fourni. Répéter cette opération juste avant l'analyse de l'échantillon.

- Lors de la réalisation de mesures sur des échantillons de sang en capillaires, placer un piège à caillot à l'extrémité du capillaire pour éviter que des caillots de sang n'aboutissent dans les chambres de mesure.

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer la réception de ce courrier en nous le **renvoyant, signé, par fax au 01 / 723 38 65** jusqu'au **25 novembre 2005 au plus tard** afin de pouvoir respecter le délai qui nous a été fixé.

Avec nos salutations les meilleures

Radiometer GmbH

E. Kaderli

Ernst Kaderli
(Directeur)

RADIOMETER GMBH

RADIOMETER COPENHAGEN

RADIOMETER RSCH GMBH · Postfach 124 · 8800 Thalwil

«Spital»
«Anrede» «VN» «Name»
«Abt»
«Str»

«PLZ» «Ort»

RADIOMETER RSCH GMBH
Postfach 124
Zürcherstrasse 68
8800 Thalwil
Telefon: 044/723 38 60
Telefax: 044/723 38 65
www.radiometer.ch
info@radiometer.ch

UBS AG, 8810 Horgen
Konto-Nr. 0214-414285.01L

Geschäftsführer:
Lars Secher Knudsen,
Ernst Kaderli
Sitz der Gesellschaft: Thalwil

MwSt.-Nr./T.V.A.-No.: 406269

Ihre Zeichen/Nachricht vom *Votre réf. /Message de*	Unsere Zeichen *Notre réf.*	Datum *Date*
	EKA/BEG	novembre 2005

Attestation

Appareil : **«TYP»**

N° de série : **«Seriennr_»**

Nous attestons avoir reçu le courrier « Consignes de sécurité » attirant notre attention et nous informant d'une série de recommandations figurant dans les manuels d'utilisation des analyseurs de la Série ABL700 et ABL800 FLEX.
Ces recommandations servent à éviter, ou à réduire au maximum, le risque que des caillots n'aboutissent dans l'analyseur et sont donc à respecter scrupuleusement.

Responsable :
(en majuscules) .....

Lieu : .....

Date : .....

Signature du client : .....

Veuillez svp nous renvoyer le document signé par fax au 01 / 723 38 65 jusqu'au 25.11.05